

MWM
METALLWARENFABRIK MÜHLACKER
Alfred Marx e.K.
Kisslingweg 48
D-75417 Mühlacker

Telefon: +49 7041 8716-0
Telefax: +49 7041 8716-200
Internet: www.mwm-muehlacker.de
E-Mail: info@mwm-muehlacker.de

Registergericht: Mannheim HRA 510007
USt-Id.-Nr.: DE 195 950 528

Aufbereitungshinweise

der Ampullenständer mit der Art. Nr. 01903 besteht aus dem Werkstoff 1.4301 Kurzname X5CrNi18-10, dabei handelt es sich um einen rostfreien Edelstahl.

Dieser Edelstahl ist uneingeschränkt autoklavierbar. Beim Aufbereiten und Sterilisieren müssen sämtliche Vorschriften eingehalten werden, es dürfen keine aggressiven Reinigungsmedien verwendet werden, die den aufgeführten Werkstoff angreifen!

Der Edelstahl kann bis 200 °C erwärmt werden, eine leicht gelbe Verfärbung hat keine negativen Eigenschaften zur Folge.

Der Ampullenständer ist kein Medizinprodukt!

Im Anhang MWM_S30 finden Sie noch wissenswertes, sowie Pflegetipps zum Werkstoff Edelstahl.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus Edelstahl, von uns entschieden haben und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.