scil Reflovet® Plus
Kurzbedienungsanleitung

Das scil Reflovet® Plus ist das ideale Gerät für die schnelle und einfache Bestimmung klinisch-chemischer Einzelparameter. Die Analyse kann direkt aus Vollblut durchgeführt werden. Pro Parameter benötigt das Gerät nur 32 µl - also einen einzigen Tropfen Blut.

Schritt 1:

Auf den Reagenzienträger werden 32 µl Vollblut, Serum oder Plasma pipettiert. Da das Gerät Analysen direkt aus Vollblut durchführen kann, entfällt ein zeitaufwändiges Abzentrifugieren der Probe zum Separieren von Serum oder Plasma.

Schritt 2:

Legen Sie den Reagenzträger in die Messkammer des scil Reflovet® Plus ein und schließen sie den Messkammerdeckel. Das Gerät erkennt automatisch, welcher Parameter bestimmt werden soll und startet die Analyse.

Schritt 3:

Nach nur 2 bis 3 Minuten druckt das scil Reflovet® Plus das Analyse-Ergebnis aus und zeigt es gleichzeitig im Display an. Ein automatischer Transfer der Ergebnisse direkt in alle gängigen Verwaltungsprogramme für Tierarztpraxen ist ebenfalls möglich.

scil animal care company GmbH
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 200
E-Mail: info@scilvet.com
www.scilvet.com

Vers. 08012013DEU